

Pieszycy, 19 sierpnia 2019 roku

Nr sprawy ZP 01/8/2019

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę unitu stomatologicznego

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O
ZMIANIE SIWZ**

Zamawiający w SIWZ zmienia w załączniku nr 1 – *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia* brzmienie pkt. 3: zmienia treść ppkt 1.4; 3.3; 4.5; 9.2 tabeli:

Lp	Wymagany parametr / cecha
1.4	Unit wyposażony w kompresor z osuszaczem powietrza oraz pompę zaopatrzoną w obudowę i filtr antybakteryjny
3.3	Ssanie dzięki osobnej pompie suchej (separacja wodno-powietrzna w unicie)
4.5	Separator nie zatrzymujący ssania w celu opróżnienia separatora z treści płynnej, a jedynie do wymiany zbiornika na amalgamat o konieczności jakiej uprzednio sygnalizuje)
9.2	Przeglądy unitu (dojazd, usługa i zalecane przez producenta części) w okresie trwania gwarancji bezpłatne, wykonywane przez dostawcę.

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Przychodnia Miejska w Pieszycach

Urszula Słowik