

Pieszycy, 19 sierpnia 2019 roku

Nr: ZP 01/8/2019

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę unitu stomatologicznego.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącego powyższego przetargu, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek otrzymany w dniu: 09.08.2019 r.

Pytanie:

Ponownie wnoszę o dopuszczenie rozwiązań równoważnych w postaci lampy LED z centralnym źródłem światła, gdyż jest to rozwiązanie równoważne i nie ma podstaw do twierdzenia przez Zamawiającego, że jest to rozwiązanie gorsze od wyspecyfikowanego a ponadto w zestawieniu z pozostałymi parametrami SIWZ wskazuje na jednego producenta – A-dec.

Odpowiedź:

Zamawiającym dopuszcza ale nie wymaga unitu, w postaci lampy LED z centralnym źródłem światła, pod warunkiem, iż oświetlenie pola zabiegowego będzie takie samo lub lepsze jak przy lampie opisanej w SIWZ.

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Przyszłości 10/11, Pieszycy
Urszula Stólik
Urszula Stólik