



Pieszycy, 21 sierpnia 2018 roku

Nr: ZP 6.2/8/1/2018

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wyposażenia poradni geriatrycznej na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącego powyższego przetargu, Zamawiający udzielana następujących wyjaśnień:

**Wniosek otrzymany w dniu: 14.08.2018 r.**

Pytanie:

*Pakiet 1*

*Defibrylator Półautomatyczny*

*Pkt 13.*

*Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator którego waga z wraz z baterią wynosi 2,3 kg ?*

*Pkt 19*

*Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator którego bateria ma pojemność 2,8Ah ? Różnica w pojemności 0,2Ah nie jest w żaden sposób odczuwalna dla użytkownika.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadza zmianę:

W załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ w pkt. 3:

L.P.	Defibrylator półautomatyczny (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia
13.	Waga (wraz z baterią): +/- 1,5 – 2,5kg
19.	Zasilanie za pomocą baterii LiMnO2 o pojemności 2,5 – 3 Ah o żywotności 5 lata

oraz w załączniku nr 2 – wzór formularza oferty:

L.P.	Defibrylator półautomatyczny (1 szt.) - opis parametru lub funkcji urządzenia	„Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość
13.	Waga (wraz z baterią): +/- 1,5 – 2,5 kg	
19.	Zasilanie za pomocą baterii LiMnO2 o pojemności 2,5-3 Ah o żywotności 5 lata	

Nowy wzór formularza został zamieszczony na stronie Zamawiającego – [www.przychodniapieszycy.eu](http://www.przychodniapieszycy.eu)

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Przychodnia Miejska w Pieszycach  
lek. med. Jerzy Wester