

Pieszycy, 21 sierpnia 2018 roku

Nr: ZP 6.2/7/3/2018

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wyposażenia sali zabiegowej na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącego powyższego przetargu, Zamawiający udzielana następujących wyjaśnień:

Wniosek otrzymany w dniu: 14.08.2018 r.

1. Pytanie:

Pozycja nr III – Łóżko uniwersalne – 2 sztuki

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że ilość kompletów poręczy bocznych określona w punkcie 1.34 tabeli technicznej została omyłkowo wskazana na „7”, a prawidłowo winna wynosić „2 kpl.”, czyli ilość kompletów godna z ilością łóżek.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę:

W załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ w pkt. 3

Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	
I. Łóżko uniwersalne – 2 sztuki	
1	Ogólne
1.34	<p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża ani poręczy opuszczanych w dół. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 – 2 kpl. - wieszak kroplówki - materac przeciwoleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Wkład – pianka - Pianka przeciwoleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m³ - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznym - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z białego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m² - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzielin) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m²/24h w temperaturze 38°C - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwwgrzybiczych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C

oraz w załączniku nr 2 – wzór formularza oferty:

Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia		Parametr oferowany – podać
I. Łóżko uniwersalne – 2 sztuki		
1	Ogólne	
1.34	<p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca 	



	<p>nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leżą. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leżą ani poręczy opuszczanych w dół. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 – 2 kpl.</p> <ul style="list-style-type: none">- wieszak kroplówki- materac przeciwoleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach:<ul style="list-style-type: none">- wymiar dostosowany do wymiarów leżą łóżka- Wkład – pianka- Pianka przeciwoleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m³- Bezelfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu- Wykonana z materiałów antyalergicznymi- Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z białego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m²- Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)- Oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze- Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m²/24h w temperaturze 38°C- Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą.- Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych – odporny na przenikanie mikroorganizmów- Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru- Pranie w temp. do 95°C- Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C- Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty- Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 (min. dla pianki materaca) – dołączyć do oferty- Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH – na cały materac.	
--	---	--

Nowy wzór formularza został zamieszczony na stronie Zamawiającego – www.przychodniapieszyce.eu

2. Pytanie:

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 1 pkt. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że Wykonawca aby spełnić w/w wymóg winien wykazać co najmniej dwie dostawy urządzeń medycznych które będą tożsame z przedmiotem zamówienia, czyli będą obejmowały kolumny zasilające lub stoły operacyjne lub lampy operacyjne lub łóżka szpitalne elektryczne, o wskazanej w SIWZ minimalnej wartości. Pragniemy podkreślić, że bardzo rzadko Wykonawcy mają możliwość zrealizowania dostaw które łącznie zawierałyby w swoim zakresie jednocześnie kolumny, stoły operacyjne, lampy operacyjne i łóżka szpitalne, a wielokrotnie zaś będą mieli możliwość wykazania się swoim doświadczeniem częstokroć przewyższającym kwotę min. 180 000 zł poprzez referencje dla poszczególnych tych dziedzin.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza wskazaną w pytaniu wykładnię zapisu.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody aby Wykonawca mógł wykazać spełnienie w/w wymogu poprzez wykazanie kilku referencji z różnych dostaw obejmujących realizację kolumn zasilających, stołów operacyjnych, lamp operacyjnych oraz łóżek szpitalnych o łącznej wartości min. 360 000 zł, która to wartość będzie tożsama z minimalną wartością określoną w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wraża zgody na zaproponowaną zmianę.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Przychodnia Miejska w Pieszychach

Lek. med. Jerzy Weser