

Pieszycy, 03 września 2018 roku

Nr sprawy ZP 6.2/8/2/2018

*Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup sterylizatora i myjni na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach.*

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącego powyższego przetargu, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wniosek otrzymany w dniu: 31.08.2018 r.**

#### **PAKIET II**

##### **Pytanie:**

1. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach:
  - Szerokość- 857 mm
  - Wysokość 1660 mm
  - Głębokość 1286 mm

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

##### **Pytanie:**

2. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze netto 368 kg?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

##### **Pytanie:**

3. Czy zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające możliwości instalacji na blacie roboczym?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

##### **Pytanie:**

4. Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające zbiornik na wodę uzdatnioną o pojemności 10 litrów?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

##### **Pytanie:**

5. Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające drzwi z kątem otwarcia 120°?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

##### **Pytanie:**

6. Czy zamawiający dopuści urządzenie z kolorowym dotykowym wyświetlaczem o wielkości 3,5"?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie:**

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie automatycznie przechowujące ostatnie 100 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie:**

8. Czy zamawiający dopuści urządzenie z interfejsem USB umożliwiającym zapis protokołów oraz przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania autoklawu?

Uzasadnienie: Karty pamięci typu CF wymagają specjalnych adapterów w celu możliwości odczytu zapisanych na nich danych przez komputery klasy PC; zastosowanie interfejsu USB jest powszechne w komputerach, nośniki wykorzystujące USB nie wymagają żadnych dodatkowych elementów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie:**

9. Czy zamawiający dopuści urządzenie o mocy maksymalnej 18kW?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie:**

10. Co zamawiający ma na myśli w pakiecie nr II punkt 9.6?

**Odpowiedź:**

Normę EN 1717

**Pytanie:**

11. Czy zamawiający dopuści urządzenie z czasem suszenia dopasowanym do rodzaju wybranego programu sterylizacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza urządzenie z czasem suszenia dopasowanym do rodzaju wybranego programu sterylizacji tak jak to określił w SIWZ.

**Pytanie:**

12. Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w czujnik ciśnienia PT 100?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem z SIWZ.