

Pieszycy, 04 września 2018 roku

Nr sprawy ZP 6.2/8/2/2018

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup sterylizatora i myjni na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącego powyższego przetargu, Zamawiający udzielana następujących wyjaśnień:

Wniosek otrzymany w dniu: 03.09.2018 r.

Pytania:

1. §4 podpunkt i) Prosimy o uszczegółowienie jaką dokumentację serwisową ma na myśli Zamawiający.

Odpowiedź:

Dokumentację inną niż wymieniona w punktach od a) do h) tego paragrafu, dotyczącą zasad oraz warunków wykonywania serwisu.

2. §8 Prosimy o weryfikację numeracji ustępów. Ustęp 5 występuje dwukrotnie.

Odpowiedź:

Numeracja zostanie poprawiona w momencie podpisania umowy z wybranym wykonawcą w następujący sposób:

§ 8

(...)

5. *Wykonawca dokona wymiany na nowy albo udostępni Zamawiającemu do bezpłatnej eksploatacji przez okres trwania naprawy, sprzęt zastępczy wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż parametry sprzętu wymienianego, gdy czas niesprawności urządzenia przekroczy 14 dni licząc od dnia zgłoszenia do tej naprawy. Wymiana lub udostępnienie sprzętu zastępczego nastąpi wraz z upływem ww. okresu bez zgłaszania przypominającego.*
6. *Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany uszkodzonego urządzenia lub elementu urządzenia na nowe, wolne od wad w przypadku trzech napraw tego samego podzespołu lub trzykrotnej jego wymiany.*

(...)

3. §8 ust. 2 a) Prosimy o wydłużenie naprawy wymagającej wymiany części zamiennych, które należy sprowadzić z zagranicy do 10 dni roboczych.

Konieczność dokonania odprawy celnej wydłuża czas oczekiwania na części zamienne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

4. §8 ust. 5 Prosimy o dopuszczenie możliwości wykonywania usługi zewnętrznej na koszt Wykonawcy w alternatywie do zapewnienia sprzętu zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

5. §8 ust. 5 (powtórzony) Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego wymiany urządzenia w przypadku trzykrotnej naprawy lub wymiany podzespołu.

Zapis pozwala na żądanie wymiany urządzenia po trzech naprawach nieistotnego podzespołu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.